

# 永生トピックス

( N o 41 )

2007/8/30 薬剤科

## [ 消毒薬誤使用 3 人がやけど ]

日野市立病院で、手術用の消毒薬を器具の消毒薬を取り換え、3 人が顔などにやけどを負った。薬剤師が、チアミトールの 0.025% 液を器具消毒用の 10% 液と取り違えて手術室に供給した。製薬会社は、濃度の違う溶液を別々のビンで販売しているが、院内で薬剤師が小びんに分けたため、医師や看護師は気づかなかった。  
朝日新聞 8/30 朝刊

永生病院では、低レベルの消毒薬として、0.025w/v%チアミトール水・0.1w/v%チアミトール水及び0%1ハイジール液を採用しています。

チアミトール水は、希釈した製品を採用しています。ハイジール液は、必要濃度に希釈して使います。

**取り違い事故を起こさないために、**

**他の容器に移し替えない！**

### [消毒薬詳細]

0.025w/v%チアミトール水

手術部位の粘膜の消毒・皮膚粘膜の創傷部位の消毒・腔洗浄・結膜囊の洗浄

0.1w/v%チアミトール水

医療用具の消毒

0%1ハイジール液

使用時、用途に合わせて水で希釈

器具の消毒(0.05~0.2%)手指・皮膚の消毒(0.05~0.2%)

粘膜の消毒(0.01~0.05%)